

Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 04/2023 - ABERTURA 18/05/23

De : CPL Comissão Permanente de <licitacoes@ssp.df.gov.br>

qui, 11 de maio de 2023 16:03

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 04/2023 - ABERTURA 18/05/23

Para : Bomtorin, Diego <diego.bomtorin@zeiss.com>

Senhor Participante,

Em relação ao esclarecimento solicitado, encaminhamos abaixo a resposta da área técnica, que por sua vez ensejou na suspensão do certame para ajustes no objeto.

Sem mais,

Luciano Ramos
Pregoeiro.

Ofício Nº 1/2023 - PMDF/DSAP/DAO/CAO/SCO/SSCE

Brasília-DF, 11 de maio de 2023

Prezado Senhor,

Com os cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria para encaminhar a resposta ao pedido de esclarecimento/impugnação (Doc. SEI/GDF nº [112339154](#)) do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2023-SSPDF apresentado pela empresa CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.

Cabe salientar que o procedimento licitatório visa garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da imparcialidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. Dessa forma, passo ao mérito do esclarecimento/impugnação.

A partir deste pedido de esclarecimento/impugnação, decide-se por retificação e implementação das seguintes alterações:

Fonte de luz seja LED

Onde se lê: ... **Fonte de luz: LED com controle de intensidade de iluminação, acompanha lâmpada reserva integrada (emergência) de led. Alimentação elétrica...** – alterar para: ... **Fonte de luz: LED com controle de intensidade de iluminação. Alimentação elétrica...**

Controles

Onde se lê: ... **Controles automatizados de funções (liga/desliga, foco, troca de filtro) por meio de joystick**, permitindo ao cirurgião dentista total controle durante o procedimento cirúrgico... – alterar para: ... **Controles manuais de funções (liga/desliga, foco, troca de filtro)**, permitindo ao cirurgião dentista total controle durante o procedimento cirúrgico...

Atenciosamente,

Rodrigo Nogueira **Aucélio** - MAJ QOPMSD
Chefe da Subseção de Endodontia

De: "Bomtorin, Diego" <diego.bomtorin@zeiss.com>

Para: licitacoes@ssp.df.gov.br

Enviadas: Quarta-feira, 10 de maio de 2023 11:34:28

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 04/2023 - ABERTURA 18/05/23

Prezado Pregoeiro, bom dia!

A empresa Carl Zeiss do Brasil Ltda, vem através deste e-mail solicitar esclarecimentos referente ao ITEM – 1 MICROSCÓPIO OPERATÓRIO ODONTOLÓGICO COLUNA MÓVEL.

Nossa dúvida:

1. O edital pede que a fonte de luz seja LED mas ainda sim pede que tenha-se uma outra fonte de LED reserva.
Entendemos que quando a fonte de luz é por LED não existe necessidade de lâmpada reserva uma vez que a vida útil desse tipo de fonte é muito longa. Acreditamos inclusive que tal solicitação não poderá ser atendida por nenhum fabricante e caso seja deverá ser por apenas um único fabricante e nesse caso caracterizaria um direcionamento do edital.
2. O edital pede que os controles sejam automatizados de funções (liga/desliga, foco, troca de filtro) por meio de Joystick.
Para as empresas cotarem empunhaduras com botões de comando para esse tipo de automação, o valor de referência do edital não seria suficiente para atender. Portanto, solicitamos que os comandos possam ser manuais porém mantendo-se a objetiva focalizável entre 200 a 300 mm de distância de trabalho com ajuste manual de foco.

Atenciosamente,

Diego Bomtorin

Analista de Licitações Pleno
Front Office – MED / IQS / RMS

Carl Zeiss do Brasil Ltda.
Av. das Nações Unidas, 12.495 – Cj. 91 – 9º andar - Cidade Monções
CEP 04578-000, São Paulo - SP - Brasil

Telefone : +55 11 5693-5506

SAC: 0800 770 5556

diego.bomtorin@zeiss.com

www.zeiss.com.br

